



Ackermann clino Systeme

Betriebsbuch für Rufanlagen

IGS

Alarm Video Brand
Großhandel Einzelhandel Service

IGS - Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH
Hördenstraße 2
58135 Hagen

Telefon +49 (0) 2331 9787-0
Telefax +49 (0) 2331 9787-87

Internet <http://www.igs-hagen.de>
Email Info@igs-hagen.de

Betriebsbuch für Rufanlagen

Information:

Das Betriebsbuch wurde in Anlehnung an die Broschüre Rufanlagen - Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung in Krankenhäusern, Heimen und Justizvollzugsanstalten des Zentralverband der Elektroindustrie, Fachverband Sicherheitssysteme erstellt, die als Interpretation der DIN VDE 0834 den aktuellen Stand der Technik erläutern.

Normen wie die DIN VDE 0834 sind für Planer und Errichter in der Regel nicht bindend sofern ihre Einhaltung nicht durch ein Gesetz vorgeschrieben wird. Nach einem BGH-Urteil wird die Einhaltung aber im Schadenfall immer dann doch zwingend vorausgesetzt, wenn der Schutz von Sicherheit, Gesundheit und Leben darin vorausschauend geregelt wird.

Unsere Anschrift und Ihre wichtigsten Kontakte:

IGS - Industrielle Gefahrenmeldesysteme GmbH
Hördenstraße 2
58135 Hagen

Telefon +49 (0) 2331 9787-0
Telefax +49 (0) 2331 9787-87

Internet <http://www.igs-hagen.de>
Email Info@igs-hagen.de

Serviceleitung
Herr Peter Greiser
Telefon +49 (0) 2331 9787-22
Email Greiser@igs-hagen.de

Projektleitung
Herr Jürgen Trapp
Telefon +49 (0) 2331 9787-21
Email Trapp@igs-hagen.de

Betriebsbuch für Rufanlagen

Meldungsplan

Ereignis ... Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Meldung organisiert																					
Wenn ja, wer handelt?																					
Was ist zu tun?																					
Ersatzgeräte																					
Reparatur veranlasst																					
Servicepartner																					

Betriebsbuch für Rufanlagen

Inbetriebnahmeprotokoll der Rufanlage

1. Folgende Anlagenteile wurden gemäß Serviceunterlagen des Herstellers geprüft:

- Ruftaster und bewegliche Geräte zur Rufauslösung
- Alle übrigen Geräte zur Bedienung wie Anwesenheitstaster, Abstelltaster usw.
- Signalleuchten und akustische Signalgeber
- Alle übrigen Anzeigeeinheiten
- Alle Einrichtungen zur Rufabfrage einschließlich eventueller Sprachwege, Lautstärke, Sprachverständlichkeit
- Schnittstellen zu Anlagensystemen, die nicht zum Rufanlagensystem gehören
- Energieversorgungen

2. Folgende Anlagendokumentationen wurden dem Betreiber übergeben:

Standort der Unterlagen:

- Anlagendokumentation mit Kabelplan, Verteilerbeschaltung, Geräteliste usw.
- Installations- und Inbetriebnahmeanweisungen
- Bedienungsanleitungen
- Serviceanweisungen
- Konfiguration des Systems

3. Einweisung des Betreibers in die Bedienung der Rufanlage:

Datum:

Wiederholung:

4. Abnahme durchgeführt am:

	Firma	Name	Unterschrift
Planer:	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>
Errichter:	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>
Betreiber:	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 60px;" type="text"/>

